

# ZIBO QIAOSEND MEDICAL ARTICLES CO., LTD.

Add: No.88, Tianheng Road, Gaoqing County, Zibo Shandong Province, China

Tel:0086-533-6985995 Fax:0086-533-6966582

Email: [zhanghaibin@qiaosend.com](mailto:zhanghaibin@qiaosend.com)

---

## Brådskande säkerhetsmeddelande

Kommersiellt namn på berört produkt: Förlängningsslangar för engångsanvändning

FSCA-identifierare: QSZK-202507-182-001

Åtgärdstyp: Utge en varning till användaren

---

Datum: 2025-08-14

Uppmärksamhet: Slutanvändare

Detaljer om berörda enheter:

Tillverkare: Zibo Qiaosend Medical Articles Co., Ltd.

Produkt: Förlängningsslangar för engångsbruk

Enhetsmodellkoder: Se Bilaga 1

## Beskrivning av problemet:

Genom granskning av klagandata har Qiaosend funnit att när användare använder engångs-förlängningsslangar i kombination med andra anordningar, kan det förekomma en risk för sprickbildning eller läckage i anslutningskomponenterna om anslutningsdelarna kommer i kontakt med etanolbaserade desinfektionsmedel under användningsprocessen. Qiaosend kommer att skicka ut ett fältsäkerhetsmeddelande (FSN) till kunder för att förstärka varningar/försiktighetsåtgärder och minska förekomsten av potentiella problem.

## Klinisk riskutlåtande:

I händelse av läckage kan det uppstå förseningar i proceduren, behandlingsavbrott, exponering för farliga läkemedel och/eller underdosering av medicin.

## Råd om åtgärder för användaren:

- Denna produkt är steril och kräver ingen desinfektion. Om andra anordningar som ansluts till denna produkt behöver desinficeras med etanoldesinfektionsmedel, se till att den är helt torr innan användning. Ingen patientuppföljning krävs om enheten redan har använts på ett säkert sätt.

## Åtgärder som ska vidtas av Zibo Qiaosend:

Zibo Qiaosend Medical Articles Co., Ltd. kommer att uppdatera märkningen av alla förlängningsslangar för engångsbruk (se produktkoder i Bilaga 1) genom att lägga till följande varning:

"Denna produkt är steril och kräver ingen desinfektion. Om andra anordningar som